

卫生部关于陀螺旋转式钴-60 立体定向放射治疗系统放射诊疗许可管理有关问题的批复

黑龙江省卫生厅：

你厅《关于对陀螺旋转式钴-60 立体定向放射治疗系统放射诊疗许可管理的请示》（黑卫监督函〔2009〕359 号）收悉。经研究，现批复如下：

陀螺旋转式钴-60 立体定向放射治疗系统采用 154 个储存孔所装钴源的集合和陀螺旋转式聚焦原理，与传统的钴-60 治疗机不同，符合 γ 射线立体定向外科治疗系统（以下简称 γ 刀）多源聚焦原理。该系统属于 γ 刀类，应依法对其进行许可管理，其性能指标可参考国家职业卫生标准《X、 γ 射线头部立体定向外科治疗放射卫生防护标准》（GBZ 168—2004）执行。

此复。

二〇一〇年一月十一日